

クリーンベンチ仕様書

品名	クリーンベンチ
参考機種	MCV-B161S-PJ (PHC株式会社製) 同等品可 同等品については、質問書とカタログを提出して発注者の可否を受けること。
数量	一式
仕様	(1) 強制循環排気式であること。 (2) 専用の電子着火式バーナー、ガスホース (3m)、ガス管止めを付属すること。 (3) 電子着火式バーナー用フットスイッチを付属すること。 (4) ワークエリア寸法は 幅1660mm x 奥行605mm x 高さ680mm 以上であること。 (5) 機器外寸は 幅1690mm x 奥行811mm x 高さ1890mm 以内であること。 (6) 最小間口 幅770mm、高さ1910mm から搬入可能であること。 (7) 電源は単相100V 15A 50/60Hz 仕様であること。 (8) 内装はステンレス鋼板であること。
その他	取扱説明書(日本語版) 1部
納入期限	令和2年2月28日(金)
納入場所	京都府営水道事務所水質管理センター (木津川市吐師医王寺地内) 電話0774-72-5323 ファクシミリ0774-72-5173
納入及び設置	契約後速やかにカタログ又は製品仕様書を提出し、納入機器等の確認を受けること。 安全かつ円滑に納入作業が行えるよう、事前に発注者と十分調整すること。 発注者と打ち合わせをした場合は、7日以内にその記録を提出すること。 納入作業に当たっては発注者の指示に従うこと。 納入日、設置場所は発注者が別途指示する。 輸送等の納入及び設置に要する経費の一切は、受注者の負担とする。 機器の運転に必要な調整等を行うこと。 納入時に機器の操作説明等を行うこと。 機器の梱包材等不要物の撤去、処分をすること。
現有機器の下取り	MCV-B161S (三洋電機株式会社製)は無償で撤去して下取りすること。
特記事項	納入後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。 納入後10年間は部品交換等による修理が可能であること。 保守点検修理その他アフターサービスについて、適切に対応すること。