

仕 様 書

1 品名及び数量

小型視覚検査装置（深視力付） 7 台

2 性能

興和株式会社製 A S-27 α (A S27D J) と同等品

- (1) 運転免許証更新時等に行う適性検査（試験）に必要な資格検査（視力、深視力、弁色力）ができること。
- (2) 視力は、0.1～0.9までの9段階以上（0.1刻み）の検査ができること。
- (3) 深視力は検査方式が三桿式、測定距離が被検眼より固定桿まで2.5m（見かけ上）であること。
- (4) 弁色力は、赤・青・黄の三色が検査できること。
- (5) 本体寸法及び重量は、224(W)×388(D)×420(H)mm / 10.6kg（本体10kg、コントロールボックス0.6kg）以下であること。

3 納入期限

令和7年11月30日

4 納品場所

京都府京田辺市興戸小モ詰 1	京都府田辺警察署	1 台
京都府綾部市宮代町宮ノ下 6・7・8 合地	京都府綾部警察署	1 台
京都府舞鶴市南田辺 9	京都府舞鶴警察署	1 台
京都府舞鶴市字浜2014	京都府舞鶴警察署東庁舎	1 台
京都府京丹後市久美浜町3424－ 1	京都府京丹後警察署久美浜交番	1 台
京都市伏見区羽束師古川町647	運転免許試験場	2 台

5 その他の要件

- (1) 搬入及び設定作業については、京都府警察本部運転免許試験課の担当者と事前に調整すること。
- (2) 納品場所に既設の京都府警察が保有している旧機器は、原則、受注者の負担により撤去し、適法に廃棄処分すること。ただし、旧機器を撤去する際、再使用に耐えうると発注者が判断したときは、発注者の指示に従うこと。
- (3) 機器の搬入、設置、撤去及び廃棄に要する費用は、受注者が負担すること。
- (4) 機器を梱包している箱、段ボール等については、納入者において回収すること。
- (5) 機種 1 台に対して、取扱説明書（操作マニュアル）1 部を納品すること。
- (6) 本仕様書に記載されていない事柄については、双方協議の上で決定する。