

全自動洗浄機仕様書

品名	全自動洗浄機
参考機種	ミーレ全自動洗浄機 PG8583（久保田商事株式会社） 同等品可 同等品については、性能表、製品カタログ等を提出して発注者の可否を受けること。
数量	一式
仕様	(1) 無発泡性アルカリ液体洗剤及び酸性液体洗剤を自動的に注入し、使用できること。 (2) 洗浄及びすすぎの際は、外部から供給される水道水又は純水を加温して使用できること。又、加温する温度は30度～80度まで1度刻みで設定できること。 (3) 洗浄時間は1回につき40～60分程度で、複数の洗浄プログラムを選択できること。 (4) 機器外寸は 幅620mm x 奥行620mm x 高さ850mm 以内であること。 (5) 洗浄槽内寸は 幅520mm x 奥行510mm x 高さ510mm 以上であること。 (6) 洗浄槽の内壁はステンレス等の錆びにくい材質であること。 (7) 電源は三相200V 50/60Hz 仕様であること。
付属品	(1) 以下の器具を洗浄できるモジュール等を付属すること。 ア ポリ瓶（高さ20cm、直径10cm程度）、直噴ノズル15本以上（A300/3、2個） イ ガラス瓶（高さ14cm、直径7cm程度）、直噴ノズル30本以上（A301/5、2個） ウ バイアル瓶（高さ10cm、直径3cm程度）、直噴ノズル50本以上（A302/3、2個） (2) 標準付属品バスケットに加えて、A100、A150及びA151を各1個付属すること。 (3) 以下の専用付属品を付属すること。 ア アルカリ液体洗剤用ポンプ（K85 PG8583用）1式 イ 取扱説明書（日本語版） 2部
納入期限	令和3年12月10日（金）
納入場所	京都府営水道事務所水質管理センター 木津川市吐師医王寺地内 電話0774-72-5323 ファクシミリ0774-72-5173
納入及び設置	契約後速やかにカタログ又は製品仕様書を提出し、納入機器等の確認を受けること。 安全かつ円滑に納入作業が行えるよう、事前に発注者と十分調整すること。 納入作業に当たっては発注者の指示に従うこと。 納入日、設置場所は発注者が別途指示する。 輸送等の納入及び設置（電源及び給排水管工事を含む）に要する経費一切は、受注者の負担とし、設置に必要な工事は受注者が行うものとする。 機器の運転に必要な調整等を行うこと。 納入時に機器の操作説明等を行うこと。 機器の梱包材等不要物の撤去、処分をすること。
現有機器の下取り	ミーレ G7883LAB（久保田商事株式会社）を無償で下取りすること。
特記事項	納入後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。 納入後10年間は部品交換等による修理が可能であること。 保守点検修理その他アフターサービスについて、適切に対応すること。