

ポータブル水質計仕様書

品名	ポータブル水質計
参考機種	WA-2M（日本電色工業株式会社製） 同等品可
数量	4台
仕様	<p>(1) 装置は堅牢にして長期間の使用に耐えうる構造であること。</p> <p>(2) 水道原水、処理水及び給水栓中の濁度、色度及び残留塩素の測定が可能であること。</p> <p>(3) 測定方法 濁度：透過光測定法（660nm吸光度） 色度：透過光測定法（390nm吸光度） 残留塩素：DPD法（525nm吸光度）</p> <p>(4) 測定範囲 濁度：0～30度（50mmℓ）／0～500度（20mmℓ） 色度：0～20度（50mmℓ）／0～500度（20mmℓ） 残留塩素：0.00～2.00mg/L</p> <p>(5) 測定精度 濁度：0.2度、CV値10%以下 色度：0.5度、CV値10%以下 残留塩素：0.05mg/L CV値10%以下</p> <p>(6) 測定分解能 0.00～999.99 / 0.0～999.9 切り替え</p> <p>(7) 測定データの本体への保存が可能であり、外部メモリー等にもデータが保存することが可能であること。</p>
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ 持ち運び用収納ケース ・ アクセサリーキット ・ 残留塩素キット ・ 50mmキャップ付きセル ・ 50mLビーカー ・ 20mmキャップ付きセル ・ 取扱説明書（日本語版）
納入期限	令和5年3月10日
納入場所	京都府営水道事務所宇治浄水場（宇治市宇治下居） 電話0774-24-1522 ファクシミリ0774-24-1549
納入及び設置	<p>契約後速やかにカタログ又は製品仕様書を提出し、納入機器等の確認を受けること。</p> <p>安全かつ円滑に納入作業が行えるよう、事前に発注者と十分調整すること。</p> <p>納入作業に当たっては発注者の指示に従うこと。</p> <p>納入日、設置場所は発注者の指示に従うこと。</p> <p>輸送等の納入及び設置に要する経費は、一切受注者の負担とする。</p> <p>機器の運転に必要な調整等を行い、即時使用可能な状態にすること。</p> <p>納入時に機器の操作説明等を行うこと。</p> <p>機器の設置、調整、機能検査等の作業が完了し、当所の検査合格後引渡しとする。</p> <p>機器の梱包材等不要物は撤去、処分をすること。</p>
現有機器の下取り	ポータブル水質計（日本電色工業㈱ WA-1）計4台を引き取るとともに、関係法令に則り適切に処理すること。
特記事項	<p>引渡し後1年間を保証期間とし、通常の使用状態のもとで故障、破損、変質、性能低下が発生したときは、受注者の責任において速やかに無償交換又は補修を行うこと。</p> <p>納入後、10年間は部品交換等による修理が可能であること。</p> <p>保守点検修理その他アフターサービスについて、適切に対応すること。</p>