全自動洗浄機仕様書

京都府流域下水道事務所

１　品名

全自動洗浄機　１台

参考品　　ミーレ製　全自動洗浄機　ＰＬＷ８６８３
標準付属品
オプション付属品：
バスケット：Ａ１０１、Ａ１００、Ａ１５０　各１
モジュール：Ａ３００／３、Ａ３０１／５、Ａ３０２／３　各２

同等品可　　参考品と同等以上の性能を有し、本仕様を満足する物品でも可能であるが、その場合は、本仕様書に示す性能以上であることを証明する資料を提出し、京都府の承認を受けること。

２　機器仕様

（１）構造の条件

機器は、堅牢で長期間の使用に耐え得る構造であり、次の条件を満足すること。

ア 機器は、信頼度の高い良好な部品・材料を用いると共に、故障の少ないこと。

イ 機器は、点検・修理・交換・取扱いが容易であること。

（２）機器機能　主なものは以下のとおり。

ア 構造及び寸法

① サイズは約 60cm×約 60cm×約 85cm 程度、本体質量は約 80 kg程度であること。
（洗浄槽は 53 cm×52 cm×52 cm程度で、２段以上の洗浄棚とできること）

② 前面ドアはガラスドア仕様であること

③ 材質は底面は SUS316、側面/背面/上面は SUS314 であること。

④ 洗浄中はドアロック機能が作動すること

⑤ 電源は３相２００Ｖ、２０Ａであること

イ　機器機能等

① 循環ポンプ能力は毎分 500L であること

② 洗浄過程のプログラムが可能で 29 種類を備えること

③ 洗浄温度は 30℃～93℃の範囲で１℃単位で設定できること

④ 操作パネルはタッチ式ディスプレイであること

⑤ スプレーアーム回転センサを標準装備すること

３　納入期限

令和９年３月２６日（金）

４　据付場所

洛西浄化センター（京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口１）の指定する場所

５　納品及び設置

（１）組み立て、調整

①　本装置の契約範囲は、搬送、搬入据付調整までとする。

②　受注者は、本仕様を満足する納品時の最新機種を納品することとし、検査、その他諸手続きは請負人が行うものとし、設置時に動作確認をすること。

（２）付属品及び提出書類

標準付属品、日本語マニュアル等、使用に必要な物品は付属すること。

（３）検収、引き渡し

装置の現地調整検査作業が完了し、府の検査に合格した後、操作方法及び保守点検等の研修後に、引渡しとする。

（４）保証

保証期間は納入後１年間とすること。ただし、受注者が別に定める保証期間が１箇年以上にわたる場合はそれを適用する。機器本体及び周辺機器は、１０年間の使用を前提とし、修繕・交換部品の供給に支障のないようにすること。

６　その他

（１）本仕様書に定めのない事項については、府と協議すること。